



## ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

1. Засіб вимірювальної техніки, який призначений для застосування у сфері законодавчо регульованої метрології (далі - засіб вимірювальної техніки)/модифікація засобу вимірювальної техніки (назва, тип, партія чи серійний номер):

**Газосигналізатори ВАРТА 1...** всіх модифікацій у складі блоків управління і визначеної кількості та типів давачів згідно паспортів на газосигналізатори.

2. Найменування та місцезнаходження виробника або його уповноваженого представника:

**ТОВ «ТЕМІО»**, Україна, 03148, м. Київ, вул. Академіка Корольова, 9Б, код ЄДРПОУ 38271820. Адреса виробничих потужностей: Україна, 03067, м. Київ, бул. Вацлава Гавела, 4.

3. Ця декларація видана під виключну відповідальність виробника.

4. Об'єкт декларації відповідає вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (постанова Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 року №94) та Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах (Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року №1055).

5. Посилання на відповідні національні стандарти (їх частини), що були застосовані, або посилання на технічні специфікації (їх частини), стосовно яких декларується відповідність:

ДСТУ EN 50270:2014, ДСТУ EN ІЕС 60079-0:2019, ДСТУ EN 60079-1:2017, ДСТУ EN 60079-11:2017, ТУ У 23161579.001-2000.

6. Призначений орган:

а) ДП «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів», UA.TR.001:

---

(найменування, ідентифікаційний номер)

1. Провів процедуру перевірки та затвердження типу (проекту) законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки за **Модулем «В»** згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 року № 94, що вказані у п.1 даної Декларації.

Видав сертифікат перевірки типу законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки на відповідність застосованим до них вимогам стандартів та Технічного регламенту за № **UA.TR.001 166-18 Rev.4 від 15 грудня 2025 року**.

2. Провів процедуру оцінки системи управління якістю ТОВ «ТЕМІО».

Засвідчує, що система управління якістю виробника відповідає вимогам Додатку 3, розділ «Процедури оцінки відповідності. **Модуль D** (відповідність типу шляхом забезпечення якості виробничого процесу)» до Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 року №94.

Видав Сертифікат схвалення системи управління якістю № **UA.TR.001 AQ 47-25 Rev.0 від 16 травня 2025 року**.

---

(опис завдань)

б) ТОВ «СЕРТИС – ЦЕНТР», UA.TR.115

(найменування, ідентифікаційний номер)

1. Провів процедуру оцінки відповідності за **Модулем В** (експертиза типу).

Видав сертифікат експертизи типу щодо відповідності засобів виміральної техніки застосованим до них вимог стандартів та Технічного регламенту за № СЦ 18.0295 Х (номер видання 5) від 11 лютого 2026 року.

2. Провів процедуру оцінки відповідності за **Модулем Е** (відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу).

Видав повідомлення про відповідність типу на основі забезпечення якості продукції за № СЦ 17.Е.034-4 (номер видання 4) від 24 січня 2025 року.

7. Додаткова інформація

Сертифікати та повідомлення, які видані ТОВ «ТЕМІО» призначеними органами ДП «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів», UA.TR.001 та ТОВ «СЕРТИС – ЦЕНТР», UA.TR.115 надають виробникові законні підстави для введення в обіг, введення в експлуатацію, надання на ринку, розповсюдження, а користувачеві використовувати продукцію, що вказана у п.1 даної Декларації.

Перша періодична державна перевірка газосигналізатора обов'язково проводиться не пізніше ніж через 1 рік після дати продажу виробу (дати зазначеної в цьому паспорті). Послідуючі періодичні державні перевірки проводяться не рідше 1-го разу на рік.

**Підписано в ТОВ «ТЕМІО» 16 лютого 2026 року**

(місце та дата видання)

**ОРЛОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, директор ТОВ «ТЕМІО»**

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

(підпис)

